

의료장비 현황신고 매뉴얼 (포털신고)

목차

I . 일반사항

1. 개요	3p
2. 관련법령	3p
3. 접속경로	4p

II . 세부 신고방법

1. 신규신고	6p
■ 장비모델별 품목분류	7p
➢ 보건기관 신고내역 조회	12p
➢ 급여적용일 산출기준 안내	17p
■ 바코드 부착 장비	20p
2. 변경신고(사용중지 신고 포함)	23p
3. 반송(보완요청)된 신고내용 재신고	26p

III . 바코드 재발급 신청

1. 신청	27p
2. 진행현황 조회	28p
(별표) 의료장비현황 신고대상	29p

1. 개요

- 요양기관은 국민건강보험법령에 의거 의료장비 도입(구입, 임대 등) 시 그 현황을 심사평가원에 신고하여야 함 ➡ 이하 "신규신고"
 - 단, 모든 장비를 신고하는 것이 아니며 심사평가원에서 관리하는 192종만 신고
※ 192종 장비목록 : 별표(29p~41p) 참조
- 신고한 장비현황에 변경이 있는 때에는 15일 내에 신고하여야 함 ➡ 이하 "변경신고"


2. 관련법령

- 국민건강보험법 제43조 / 국민건강보험법 시행규칙 제12조 제1항, 제2항, 제4항
- 보건복지부 고시 「의료장비현황 신고대상 및 식별부호화에 관한 기준」
 - 제2011-125호('11.10.1 제정), 제2012-156호('12.11.30 개정)

3. 접속경로

○ 심사평가원 홈페이지(www.hira.or.kr) → 요양기관 업무포털 서비스



심사평가원 홈페이지 우측 하단
[바로가기서비스] 중
『 요양기관업무포털』 클릭

『 공인인증서 로그인』 클릭하여
요양급여비용 청구 시 사용하는
공인인증서로 로그인

I. 일반사항

○ 접속경로(계속)



STEP 1 「 1 현황신고 」 중

『 현황변경 (시설, 장비, 인력) 』 클릭

좌측 메뉴의 「 **현황신고 및 변경** 」 →

「 **의료장비 신고** 」 → 『 **현황변경(장비) 신고** 』 클릭

II. 세부 신고방법

1. 신규신고

★(1) 화면명칭 : 현황변경(장비) 신고

현황변경(장비) 신고

요약기관 업무포털 서비스

현황변경(장비) 신고

신고정보조회

장비분류: — 선택하세요 — | 대상기관명: — 선택하세요 — | 등록분류: — 선택하세요 —

장비번호	종목분류명	종목내분류명	일련번호	요청일자	등록코드	바코드	발급여부	제품명	종목명
A10100	요화학검사기	없음	1	2003-05-00				ANALYZER(URINE)	CLINITEK
A10100	요화학검사기	없음	2	2003-05-03				요화학 분석기	Unifox S
A10100	요화학검사기	없음	4	2003-04-15				ANALYZER URINE	unifox-s
A10200	요심사검사기	없음	1	2007-05-21				N	요화학 분석기
A10300	모세관전통침심분리기(복합)	없음	1	2007-07-30				의료영상통침심분리기	Centrifuge

신규등록

장비를 새로 도입(구입, 임대 등)하여 신규 신고하는 경우 신장비나 중고장비 구분 없이 ① **신규등록** 을 클릭하여 신고

① **종합정보조회** 버튼 클릭하여 의료장비별 세부 설명, 식약처 정보, 급여기준 정보 등 확인 및 『의료장비별 전산점검 수가』 파일 다운로드 가능

현황신고 매뉴얼 버튼 클릭하여 현황신고 매뉴얼(상세본 및 요약본) 파일 다운로드 가능

II. 세부 신고방법(신규신고 계속)

★(2) 화면명칭 : (팝업)의료장비 등록 - 장비 모델별 품목분류

(팝업)의료장비 등록

②-1 **장비 모델별 품목분류** * 버튼을 누른 후 식약처허가(신고) 모델의 품목분류를 조회하여 등록하시기 바랍니다.

②-2 **바코드 부착 장비** * 우리원(심사평가원)에서 발급한 의료장비 바코드가 부착된 장비를 신고하실 때 이용하실 수 있습니다.

· 장비대분류 -- 선택하세요 -- · 대분류목적 -- 선택하세요 --

· 품목분류 -- 선택하세요 -- · 품목세분류 -- 선택하세요 --

· 장비번호 **보건복지부 품목분류 조회** ⑥

⑥ **의료장비 정보**

· 바코드 (01)0 (11) (21) · 바코드발급여부 ☐ Y ☒ N

* 바코드가 부착되어 있는 장비는 바코드를 입력하여 등록

· 식약처정보

· 식약처 정보조회 * 버튼을 누르면 별도 입력없이 식약처정보를 연계등록할 수 있습니다.

· 모델명 · 허가(신고)번호

· 제품명

· 장비제조사

· 제조년월 · 제조번호

* '진단용방사선발생장치'의 경우 신고증명서와 동일하게 입력
* 장비 제조사함을 알 수 없는 경우 제조년월은 '0000-00', 제조번호는 '0', 제조회사는 '미확인'으로 입력

· 제조회사

· 구입세부사항

· 도입형태 · 구입일자

· 신·구 구분 · 구입금액 0 원
* 구입금액을 알 수 없는 경우 '0'으로 입력

· 설치장소 · 적용일자 장비별 급여적용일자 산출기준

· 기타

· 장비고유번호(신) * 2012.7.1 특수의료장비 고유번호체계 개편 이후 부여받은 20자리 고유번호

· 장비고유번호(구) * 특수의료장비 등록증명서 참고 * 2012.7.1 이전 특수의료장비 고유번호(7자리) 부여 받은 경우만 입력

임시저장 닫기

②-1 **장비 모델별 품목분류** > 를 클릭하면 '식약처' 정보 및 장비 품목분류 정보조회 등록 화면인 『(팝업)식약처허가(신고)정보·보건복지부 품목분류정보』가 열림
※ 화면 상세설명은 8p 참조

②-2 **바코드 부착 장비** 는 심사평가원에서 제작·배포한 바코드가 부착된 중고장비를 간편하게 신고할 수 있는 메뉴로, 바코드만 입력하면 장비번호, 식약처 허가(신고) 정보, 제조사항 정보가 자동으로 등록됨
※ 화면 상세설명은 20p 참조

⑥ **보건복지부 품목분류 조회** 클릭 시 신고대상 장비 품목분류(장비번호/명칭) 엑셀파일을 다운로드 가능

II. 세부 신고방법(신규신고 계속)

★(3) 화면명칭 : (팝업)식약처 허가(신고)정보·보건복지부 품목분류정보

(팝업)식약처 허가(신고)정보·보건복지부 품목분류정보

모델명 허가(신고)번호 품목분류번호 장비번호 ③ 수허 04 - 1613 ④ Q 조회 ⑤

※주의사항
 1. 조회 조건을 선택 입력 후 조회버튼을 눌러 아래의 결과를 확인하십시오. (※ 조회결과가 없는 경우에는 창을 닫고 「(팝업)의료장비 등록」 화면에서 직접 입력 하십시오.)
 2. 식약처 허가(신고) 품목 중 기능이 확인된 모델에 한하여 [보건복지부 품목분류정보]를 제공하고 있습니다.
 (※ 식약처 허가(신고)정보만 조회할 경우 적용버튼을 눌러 식약처정보를 연계한 후, 「장비번호」는 「(팝업)의료장비 등록」 화면에서 직접 입력 하십시오.)

식약처 허가(신고)정보 및 보건복지부 품목분류정보

엑셀저장 ⑥ : 3건 보건복지부 품목분류 조회 ⑦

순번	식약처 허가(신고)정보				선택	보건복지부 품목분류정보					
	모델명	허가(신고)번호	제품명	분류번호		허가(신고)일자	장비번호	대분류명	대분류목적명	품목분류명	품목세분류명
1	Brilliance™ CT 40-slice, Brilliance™ CT 64-slice	수허04-1613호	전선용전산화	A11010.0	20041216	적용	B10803	영상진단	방사선진단장	전산화단층촬영장치(16	
2	Brilliance™ CT 40-slice, Brilliance™ CT 64-slice	수허04-1613호	전선용전산화	A11010.0	20041216	적용	B10804	영상진단	방사선진단장	전산화단층촬영장치(64	
3	Brilliance™ CT 40-slice, Brilliance™ CT 64-slice	수허04-1613호	전산화단층촬영	A11010	20041216	적용					

⑥

⑦-1

⑦-2

엑셀

- ③ 모델명, 허가(신고)번호, 품목분류번호, 장비번호 중 원하는 검색조건 선택 후 내용입력
- ④ 허가(신고)번호 조건 선택 시 활성화됨
- 장비 판매업체 등으로부터 받은 식약처 의뢰기기 품목 허가(신고)증 상의 번호 입력
- ⑤ Q 조회 클릭
- ⑥ 검색조건에 맞는 정보가 하단 화면에 생성됨
→ 조회결과를 엑셀파일로 저장하려면
⑥ 엑셀저장 클릭
- ⑦ 내용 확인 후 해당하는 순번의 적용 클릭
→ ⑦-1. 순번1, 2와 같이 동일 모델명에 장비번호가 여러 개 조회될 경우 정보를 정확히 확인 후 선택
→ ⑦-2. 순번3과 같이 모델명만 조회되고 품목분류정보란이 공란인 경우 팝업창이 생성됨
- OK 클릭하면 7p 「(팝업)의료장비등록」 화면으로 이동됨
- 해당 화면에서 품목분류 직접 선택·등록

- ❖ [보건복지부 품목분류정보]는 식약처 허가(신고)품목 중 심사평가원에서 장비기능 검토가 완료된 모델에 한하여 정보가 제공되고 있습니다.
- ❖ ⑥ 『보건복지부 품목분류조회』를 클릭하면 신고대상 장비품목분류(장비번호/명칭) 정보를 엑셀파일로 다운로드 받을 수 있습니다.

❖ 8p 7-② **전용** 을 누르면 식약처정보(㉠)만 자동 생성됨. 의료장비 품목분류(㉡) 내역은 직접 입력하여야 함

II. 세부 신고방법(신규신고 계속)

HIRA1

★(5) 화면명칭 : (팝업)의료장비 등록

(팝업)의료장비 등록

의료장비 품목분류 * 버튼을 누르면 해당 의료장비의 정보를 확인할 수 있습니다. 종합정보서비스

장비 모델별 품목분류 * 버튼을 누른 후 식약처허가(신고) 모델의 품목분류를 조회하여 등록하시기 바랍니다.

바코드 부착 장비 * 우리원(심사평가원)에서 발급한 의료장비 바코드가 부착된 장비를 신고하실 때 이용하실 수 있습니다.

장비대분류	영상진단 · 방사선치료행위	대분류목적	방사선진단장비
품목분류	전산화단층촬영장치	품목세분류	전산화단층촬영장치(64채널 이상-256채널 미만)
장비번호	B10804	방사선치료계획전용	<input type="radio"/> 예 <input checked="" type="radio"/> 아니요 (8)

의료장비 정보

바코드 (01)0 (11) (21) **(9)** 바코드발급여부 ☐ Y ☒ N **(10)**

* 바코드가 부착되어 있는 장비는 바코드를 입력하여 등록

식약처 정보조회 * 버튼을 누르면 별도 입력없이 식약처정보를 연계등록할 수 있습니다.

식약처정보	모델명	Brilliance™ CT 40-slice, Brilliance™ CT 64-s	허가(신고)번호	수허04-1613호
	제품명	전신용전산화단층촬영장치		
	제조년월	----	제조번호	

장비 제조사항

* '진단용방사선발생장치'의 경우 신고증명서와 동일하게 입력
 * 장비 제조사항을 알 수 없는 경우 제조년월은 '0000-00', 제조번호는 '0', 제조회사는 '미확인'으로 입력

제조회사

구입세무사항

도입형태	구입일자	구입금액	0 원
신·구 구분	구입금액	* 구입금액을 알 수 없는 경우 '0'으로 입력	
설치장소	제출일자	장비별 급여적용일자 산출기준	

기타

장비고유번호(신)

장비고유번호(구)

* 2012.7.1 특수의료장비 고유번호체계 개편 이후 부여받은 20자리 고유번호
 * 2012.7.1 이전 특수의료장비 고유번호(7자리) 부여 받은 경우만 입력

임시저장 닫기

⑧ 방사선치료계획전용

- 치료계획 전용 CT(특수의료장비 제외) 인 경우 "예" 클릭

* CT(B108**) 및 투시장치(B102**) 등록 시에만 활성화됨

⑨ 바코드 입력

- 중고장비 중 심사평가원에서 제작·배포한 바코드가 부착되어 있는 장비는 해당 바코드를 정확하게 입력

* 바코드 관리장비(23종) 등록 시 활성화됨

바코드 부착 장비 버튼을 이용하면 더 간편하게 신고할 수 있음 (20~22p 참조)

⑩ 바코드발급여부 선택

- N에 고정(자동체크)
- ⑨ 란에 바코드 입력 시 ☒ Y 로 자동전환

※ 바코드 관리 장비(심사평가원장 공고 제2012-18호, 2012.3.7)

- CT, MRI, 유방촬영용장치, 일반엑스선촬영장치, 엑스선촬영·투시장치, 치과용방사선촬영장치, 치과방사선파노라마장치, C-Arm형 엑스선장치, 혈관조영촬영장치, 콘빔 CT, 양전자방출단층촬영장치, 감마카메라, 골밀도검사기, 초음파영상진단기, 체외충격파쇄석기, 선형가속기, 후장전치료기, 감마나이프, 사이버나이프, 토모테라피, 중성자치료기, 양성자치료기, 혈액방사선조사기 등 23종

II. 세부 신고방법(신규신고 계속)

HIRA1

★(6) 화면명칭 : (팝업)의료장비 등록

(팝업)의료장비 등록

의료장비 품목분류 * 버튼을 누르면 해당 의료장비의 정보를 확인할 수 있습니다. [종합정보서비스](#)

장비 모델명 품목분류 * 버튼을 누른 후 식약처허가(신고) 모델의 품목분류를 조회하여 등록하시기 바랍니다.

바코드 부착 장비 * 우리원(심사평가원)에서 발급한 의료장비 바코드가 부착된 장비를 신고하실 때 이용하실 수 있습니다.

장비대분류	영상진단·방사선치료행위	대분류목적	방사선진단장비
품목분류	전산화단층촬영장치	품목세분류	전산화단층촬영장치(64채널 이상-256채널 미만)
장비번호	B10804	방사선치료계획전용	<input type="radio"/> 예 <input checked="" type="radio"/> 아니요

의료장비 정보

바코드 (01)0 (11) (21) 바코드발급여부 ☐ Y ☒ N

* 바코드가 부착되어 있는 장비는 바코드를 입력하여 등록

식약처 정보조회 * 버튼을 누르면 별도 입력없이 식약처정보를 연계등록할 수 있습니다.

식약처 정보

모델명 Brilliance™ CT 40-slice, Brilliance™ CT 64-s 허가(신고)번호 수허04-1613호

제품명 전산화단층촬영장치

11 장비 제조사항

제조년월 ---- 제조번호 [⑨ 보건기관 신고내역조회](#)

* '진단용방사선발생장치'의 경우 신고증명서와 동일하게 입력
* 장비 제조사항을 알 수 없는 경우 제조년월은 '0000-00', 제조번호는 '0', 제조회사는 '미확인'으로 입력

제조회사

구입 세부사항

도입형태 구입일자

신·구 구분 구입금액 0 원

* 구입금액을 알 수 없는 경우 '0'으로 입력

설치장소 급여 적용일자 장비별 급여적용일자 산출기준

기타

장비고유번호(신) * 2012.7.1 특수의료장비 고유번호체계 개편 이후 부여받은 20자리 고유번호

장비고유번호(구) * 특수의료장비 등록증명서 참고 * 2012.7.1 이전 특수의료장비 고유번호(7자리) 부여 받은 경우만 입력

[임시저장](#) [닫기](#)

⑪ 장비 제조사항 입력

- **제조년월** : 6자리 숫자를 입력
(예: 2013.7.1일 제조 장비는 2013-07 입력)
* 제조년월을 알 수 없는 경우 '0000-00' 입력
(9999-99, 1111-11, 1900-01 등 입력금지)

※ 보건소는 제조년도 미상은 1900년으로
월이 미상이면 06월로, 일이 미상인 경우
01일로 입력하므로 보건소에서 동 정보로
등록·관리하는 장비는 '0000-00'으로 입력

- **제조번호** : 시리얼번호(Serial Number, S/N)
또는 로트번호(Lot Number) 등을 대소문자
구분하여 정확히 입력
* 제조번호를 알 수 없는 경우 '0' 입력

- **제조회사** : 제조회사명 입력
* 제조회사를 알 수 없는 경우 '미확인' 입력

- ❖ 진단용 방사선발생장치, 특수의료장비 제조
사항은 반드시 [보건기관 신고내역조회](#) (⑨) 을
클릭하여 등록(12p ~ 14p 참고)하고, 정보가
조회되지 않는 경우에만 직접 입력
* 보건소 설치 신고·등록하는 장비만 활성화됨

II. 세부 신고방법(신규신고 계속)

★(7) 화면명칭 : (팝업)보건기관 정보조회

(팝업)보건기관정보조회 ★판0407

요양기관 정보

· 요양기관 기호	3110****	· 관할기관 인허가번호	PHMA2
· 의료기관명		· 주소	경기도
· 개설자 성명		· 주민등록번호	410116-*****
· 기호부여 지정일자	1994-04-25	· 폐업일자	

보건기관 의료장비연계 정보 * 해당장비의 적용버튼을 클릭하세요. 총: 56 건

구분	진단용 방사선발생장치 신고정보								특수의료장비 등록 및 검사정보			
	장비고유번호	장비명	장비모델	형식명	모델명	제조번호	제조년월	제조회사	신고일자	장비고유번호	등록일자	검사일자
적용	C31994374010604330X	진단용 엑스선 장	혈관조영	IRF-125D-	ALLURAXPERFD20V/10	60	2006-06	필립스	2006-08-01	매핑		매핑
적용	C31994374010604330X	전산화 단층 촬영	전선	WCT-500-	Brilliance CT BIG BORE	7093	2006-07	필립스	2006-07-20	매핑		매핑
적용	(다) 10604330X	전산화 단층 촬영	전선	WCT-500-	BRILLIANCE CT 64 SLICE	95133	2006-06	필립스	(가)	매핑	(나)	매핑
적용	C31994374010604330X	진단용 엑스선 장	일반	R-800-150	CXD-RD850II	000005	2006-06	중외제약	2006-06-20	매핑		매핑
적용	C31994374010604330X	유방촬영용 장치	유방촬영	R-100-39	SELENIA	4010606	2006-01	HOLOG	2006-02-27	매핑		매핑
적용	C31994374010604330X	진단용 엑스선 장	검진차량	R-400-150	UM150M	11610084	2005-12	시마즈	2006-01-25	매핑		매핑

X 닫기

(가) **매핑** 을 클릭하면 '(팝업)특수의료장비 등록정보 조회' 화면이 출력됨 (☞ 13p 참조)

(나) 매핑을 클릭하면 '(팝업)특수의료장비 검사결과 정보 조회' 화면이 출력됨 (☞ 14p 참조)

(다) 진단용 방사선발생장치는 '진단용 방사선발생장치 신고정보' 중 해당되는 줄 좌측의 **적용** 을 클릭

❖ 진단용 방사선발생장치 : 일반엑스선촬영장치, 엑스선촬영·투시장치, 치과용방사선촬영장치, 치과방사선파노라마장치, **CT**, **유방촬영용장치**, C-Arm형 엑스선장치, 혈관조영촬영장치, CT, 콘빔CT, 양전자방출전산화단층촬영장치(중 PET-CT), 골밀도검사기, 체외충격파쇄석기(투시부착)

❖ 특수의료장비 : MRI, **CT**, **유방촬영용장치**

II. 세부 신고방법(신규신고 계속)

★(8) 화면명칭 : (팝업)특수의료장비 등록정보 조회

(팝업)특수의료장비 등록정보 조회 ★완0407

· 자치단체 구분 ☒ 기초 ☐ 광역 ☒ · 특수 의료장비 고유번호 ☒

○ 모양기관 정보

· 모양기관 기호	3110****	· 관할기관 인허가번호	PHMA.
· 의료기관명		· 주소	경기도
· 개설자 성명		· 주민등록번호	410116-*****
· 기호부여 지정일자	1994-04-25	· 폐업일자	

○ 의료장비 정보 총: 4 건

처리	수신일자	의료기관명	대표자	관할기관	장비고유번호(신)	장비고유번호(구)	등록일자	장비명	장비용도	형식명	모델명
선택	2011-03-11			경기도 수: 740000022011010000	2101177	2011-02-17	전산화단층촬영	전선용	ICT-800-14	SOMATOM Definition	
선택	2011-02-17			경기도 수: 740000022006100000	2100073	2006-11-01	전산화단층촬영	전선용	ICT-500-14	brilliance 16 channel	
선택	2011-02-17			경기도 수: 740000022006050000	2100054	2006-06-30	전산화단층촬영	전선용	ICT-500-14	BRILLIANCE CT164 S	
선택	2011-02-17			경기도 수: 740000022003060000	2531401	2003-07-06	전산화단층촬영	전선용	TON/TRCT-	SOMATOM	

(가) 장비고유번호 매핑 화면 (12p 계속)

- ㉠ 의료법 개정('12.8.2)으로 특수의료장비의 관리 주체가 시도에서 시·군·구(보건소)로 업무 이양됨
↳ 자치단체 구분 '기초' 기본 세팅
※ 특별법 또는 자치단체 사무위임 조례 등으로 시·도에서 관리·등록하는 지역은 '광역' 선택

- ㉡ 특수의료장비 고유번호 입력

- ㉢ 를 클릭하면 등록내용(@)이 생성됨

- 등록내용(@) 중 해당되는 줄 좌측의 클릭

- ❖ 특수의료장비 장비고유번호 : 7자리(숫자)에서 특수의료장비 등록·관리 시스템 개편으로 2012.7.1일부터 20자리(숫자) 체계로 개편됨
 - 7자리 체계 [장비코드(1)+시도코드(2)+ 일련번호(4)]
 - 20자리 체계 [시군구행정코드(7)+장비코드(2)+ 제조연월(6)+일련번호(5)]
 - 장비코드 [1(MRI), 2(CT), 3(유방촬영용장치)]
 - 장비코드 [01(MRI), 02(CT), 03(유방촬영용장치)]

II. 세부 신고방법(신규신고 계속)

★(9) 화면명칭 : (팝업)특수의료장비 검사결과정보 조회

(팝업)특수의료장비 검사결과정보 조회 ★판0407

·요양기호 3110**** ·특수 의료장비 고유번호 37400000220061000002

특수의료장비 검사결과정보 총: 2건


구분	의료기관명	대표자	주소	장비고유번호	장비명	형식 및 모델명	제조번호	제조년월	제조회사	검사결과	검사판정일	검사구분
선택			경기	000022006100	유방촬영	#CT-500-140 / BRILLIANCE 16 Channe	50115	----		적합	2009-10-05	정밀(3년)
선택			경기	000022006100	전산화	WCT-500-140 / BRILLIANCE 16 Channl	50115	2006-10		적합	2006-10-14	정밀(신규)


X 닫기

(4) 검사필일 매핑 화면 (12p 계속)

- @ 12p에서 매핑한 특수의료장비 검사필일에 따른 검사정보 자동 생성

* 생성이 안 되는 경우 고유번호 직접 입력 후

 조회 (Ⓜ)를 클릭

- Ⓜ 생성정보 중 해당되는 줄 좌측의  선택 클릭

- ❖ 신규신고이므로 생성된 검사정보의 검사구분 중 정밀(신규), 정밀(재사용), 정밀(이전), 정밀(3년) 중 최근 검사정보(마지막 검사정보)를 선택하여야 합니다.
- 검사구분은 화면 하단의 스크롤 바를 오른쪽으로 이동 시 확인할 수 있습니다.

(팝업)의료장비 등록

* 버튼을 누르면 해당 의료장비의 정보를 확인할 수 있습니다.

종합정보서비스

* 버튼을 누른 후 식약처허가(신고) 모델의 품목분류를 조회하여 등록하시기 바랍니다.

* 우리원(심사평가원)에서 발급한 의료장비 바코드가 부착된 장비를 신고하실 때 이용하실 수 있습니다.

· 장비대분류	영상진단 · 방사선치료행위	· 대분류목적	방사선진단장비
· 품목분류	전산화단층촬영장치	· 품목세분류	전산화단층촬영장치(64채널 이상~256채널 미만)
· 장비번호	B10804	· 방사선치료계획전용	<input type="radio"/> 예 <input checked="" type="radio"/> 아니요








· 바코드	(01)0	(11)	(21)	· 바코드발급여부	<input type="radio"/> Y	<input checked="" type="radio"/> N
-------	-------	------	------	-----------	-------------------------	------------------------------------

* 바코드가 부착되어 있는 장비는 바코드를 입력하여 등록

식약처 정보주체

* 버튼을 누르면 별도 입력없이 식약처정보를 연계등록할 수 있습니다.

· 식약처정보	· 모델명	Brilliance™ CT 40-slice, Brilliance™ CT 64-s	· 허가(신고)번호	수허04-1613호
	· 제품명	전신용전자산화다중엑스선촬영장치		

장비 제조사할	· 제조년월		2006-06		· 제조번호		95133		적용취소 		
	<p>* '진단용방사선발생장치'의 경우 신고증명서와 동일하게 입력</p> <p>* 장비 제조사할을 알 수 없는 경우 제조년월은 '0000-00', 제조번호는 '0', 제조회사는 '미확인'으로 입력</p>										
구입 세무사항	· 제조회사		필립스								
	· 도입형태				· 구입일자						
	· 신·구 구분		신장비 		· 구입금액		0 원				
<p>* 구입금액을 알 수 없는 경우 '0'으로 입력</p>											
기타	· 설치장소		기타 		· 급여종류		2006-11-07 				
					· 적용일자		 장비별 급여적용일자 산출기준				
	· 장비고유 번호(신)		37400000220061000002				* 2012.7.1 특수의료장비 고유번호체계 개편 이후 부여받은 20자리 고유번호				
· 장비고유 번호(구)		2100073				* 특수의료장비 등록증명서 참고				* 2012.7.1 이전 특수의료장비 고유번호(7자리) 부여 받은 경우만 입력	

© 일시저작

X 달기

- 적용취소(㉠) 클릭 시 보건기관신고 내역 조회가 재활성화 되어 정보 수정 가능

II. 세부 신고방법(신규신고)

★(11) 화면명칭 : (팝업)의료장비 등록

(팝업)의료장비 등록

● 의료장비 품목분류 * 버튼을 누르면 해당 의료장비의 정보를 확인할 수 있습니다. 종합정보서비스

장비 모델별 품목분류 * 버튼을 누른 후 식약처허가(신고) 모델의 품목분류를 조회하여 등록하시기 바랍니다.

바코드 부착 장비 * 우리원(심사평가원)에서 발급한 의료장비 바코드가 부착된 장비를 신고하실 때 이용하실 수 있습니다.

· 장비대분류	영상진단 · 방사선치료행위	· 대분류목적	방사선진단장비
· 품목분류	전산화단층촬영장치	· 품목세분류	전산화단층촬영장치(64채널 이상-256채널 미만)
· 장비번호	B10804	· 방사선치료계획전용	<input type="radio"/> 예 <input checked="" type="radio"/> 아니요

● 의료장비 정보

· 바코드	(01)0 (11) (21)	· 바코드발급여부	<input type="radio"/> Y <input checked="" type="radio"/> N
* 바코드가 부착되어 있는 장비는 바코드를 입력하여 등록			
· 식약처 정보	* 버튼을 누르면 별도 입력없이 식약처정보를 연계등록할 수 있습니다.		
· 모델명	Brilliance™ CT 40-slice, Brilliance™ CT 64-s		
· 제품명	전신용전산화단층엑스선촬영장치		
· 제조년월	2006-06	· 제조번호	95133
· 장비 제조사	* '진단용방사선발생장치'의 경우 신고증서와 동일하게 입력 * 장비 제조사명을 알 수 없는 경우 제조년월은 '0000-00', 제조번호는 '0', 제조회사는 '미확인'으로 입력		
· 제조회사	필립스		

⑬ 구입 세부사항 입력

· 구입 형태	<input type="text"/>	· 구입일자	<input type="text"/>
· 신·구 구분	신장비	· 구입금액	0 원

⑭ 기타 사항 입력

· 설치장소	기타	· 급여적용일자	2006-11-07
· 장비고유번호(신)	37400000220061000002	· 장비별 급여적용일자 산출기준	<input type="text"/>
· 장비고유번호(구)	2100073		

⑮ 모든 정보를 입력 후 임시저장 클릭

· 미입력 또는 기재 오류 항목이 있는 경우 확인 경고메시지 창이 열림

· 더 신고할 장비가 없으면 닫기 클릭

⑬ 구입 세부사항 입력

- **도입형태** : 구입/임차/기증 중 선택
- **구입일자** : 6자리(년도/월/일) 숫자를 직접입력 또는 구입일자 란 우측 📅 을 클릭 하여 선택
- **신·구 구분** : 신장비/중고장비 중 선택
- **구입금액** : 장비 구입 당시 구입금액을 대한민국 통화(원화) 단위로 입력
* 금액을 모르거나 무상기증 받은 경우 '0' 입력

⑭ 기타 사항 입력

- **설치장소** : 중환자실/응급실/기타 중 선택
- **급여적용일자** : **장비별 급여적용일자 산출기준(①)**에 따라 입력 (17p 참조)
- **장비고유번호** : 특수의료장비만 해당
* **보건기관 신고내역조회** 를 통하여 매핑한 경우 급여적용일자 및 장비유번호 자동 세팅

⑮ 모든 정보를 입력 후 임시저장 클릭

- 미입력 또는 기재 오류 항목이 있는 경우 확인 경고메시지 창이 열림
- 더 신고할 장비가 없으면 닫기 클릭

II. 세부 신고방법(신규신고)

★(12) 화면명칭 : (팝업)급여적용일 산출기준 안내

(팝업)급여적용일 산출기준 안내 ★완0407

● 장비별 적용일 산출기준

장비구분		급여적용일(산출 기준)		
		도입	대표자, 종별, 설립구분 등이 변경된 경우	
일반장비		도입일	변경일과 양수일 중 최종일(마지막 날짜, 이하 동일)	
FULL PACS System		정상가동일	변경일	
진단용 방사선 발생장치 (특수의료장비 제외)		진단용방사선 발생장치 설치 및 사용 신고일	진단용 방사선 발생장치, PET, PET-CT	진단용방사선 발생장치 설치 및 사용 신고일과 변경일 중 최종일
PET		방사성동위원소 등에 대한 시설검사일과 장비구입일 중 최종일		◎ 변경사유 발생일로 소급 가능 ※ 사유: 대표자, 종별, 설립구분 등
PET-CT		진단용방사선 발생장치의 설치 및 사용 신고일 및 방사성동위원소 등에 대한 시설검사일 중 최종일		
특수의료장비	CT, 유방촬영용 장치	진단용 방사선 발생장치의 설치 및 사용 신고일, 품질관리검사성적서 발급일 중 최종일	MRI, CT, 유방촬영용 장치	진단용방사선 발생장치 설치 및 사용 신고일(MRI 제외), 특수의료장비 등록사항 변경일, 특수의료장비 품질검사 성적서 발급일 중 최종일
	MRI	품질관리검사 성적서 발급일		◎ 변경사유 발생일로 소급 가능 ※ 사유: 대표자, 종별, 설립구분 등
방사성동위원소 등 원자력안전법에 의한 장비		방사성동위원소 등에 대한 시설검사일과 장비구입일 중 최종일 ※ PET, PET-CT는 위 내용 참고	장비이전(시설변경) 발생	방사성동위원소 등에 대한 시설검사일
			장비이전 없이 대표자, 종별, 설립구분 등이 변경된 경우	◎ 변경사유 발생일로 소급 가능 ※ 사유: 대표자, 종별, 설립구분 등

닫기

❖ 원자력안전법에 의한 관리 장비

양전자방출전산화단층촬영장치(B201**), 감마카메라(B202**), 선형가속기(B40100), 후장전치료기(B40200), 감마나이프(B40300), 사이버나이프(B40400), 토모테라피(B40500), 중성자치료기(B40600), 양성자치료기(B40700), 혈액방사선조사기(B40800)

II. 세부 신고방법(신규신고)

★(13) 화면명칭 : 현황변경(장비) 신고

현황변경(장비) 신고

현황변경(장비) 신고

신규등록

신규

장비번호	종목분류명	종목세분류명	등록번호	금여등록일자	표준코드	바코드	발급여부	제품명	등록명
A10000	오화형검 사기	없음	1	1996-10-16				오화형 검식기	US-3000R
A10000	모세관전용형심분리기(해마) 없음		1	1999-12-14				Centrifuge, Micro	Micro 17R
A10000	모세관전용형심분리기(해마) 없음		2	1999-12-14				의용분류형심분리기	UNION 99F
A10000	모세관전용형심분리기(해마) 없음		3	1999-12-14				Centrifuge, Micro, Beta	5415C
A10000	모세관전용형심분리기(해마) 없음		4	1999-12-14				Centrifuge, High Speed	J2 HS

① 신고대상 목록

- 16p 클릭 시 현황변경(장비) 신고 화면으로 이동되며 임시저장 내용이 신고대상목록에 생성됨

① 신고목록 수정 및 삭제

- 임시저장 내용 수정
- 신고대상목록 해당 순번 우측의 클릭
- * 생성된 (팝업)의료장비등록 화면에서 수정
- 임시저장 내용을 삭제하고자 하는 경우 해당 순번 우측의 클릭

① 신규등록

- 다른 신규도입 장비를 더 신고하려면 신규등록을 클릭

① 최종제출

- 모든 정보가 입력되면 최종제출을 클릭
- 서류 및 작성자 정보를 등록하는 최종제출 화면으로 이동됨

19

II. 세부 신고방법(신규신고 계속)

★(15) 화면명칭 : (팝업)의료장비 등록 - 바코드 부착 장비

(팝업)의료장비 등록
종합정보서비스

의료장비 품목분류
장비 모델명 품목분류
* 버튼을 누른 후 식약처허가(신고) 모델의 품목분류를 조회하여 등록하시기 바랍니다.

2-2

바코드 부착 장비
* 우리원(심사평가원)에서 발급한 의료장비 바코드가 부착된 장비를 신고하실 때 이용하실 수 있습니다.

장비대분류
-- 선택하세요 --
대분류목적
-- 선택하세요 --

품목분류
-- 선택하세요 --
품목세분류
-- 선택하세요 --

장비번호
보건복지부 품목분류 조회

의료장비 정보

바코드
(01)0 (11) (21)
바코드발급여부
Y N

* 바코드가 부착되어 있는 장비는 바코드를 입력하여 등록

식약처 정보조회
* 버튼을 누르면 별도 입력없이 식약처정보를 연계등록할 수 있습니다.

식약처정보
모델명
허가(신고)번호

제품명

장비 제조사항
제조년월
제조번호

* '진단용방사선발생장치'의 경우 신고증명서와 동일하게 입력
* 장비 제조사항을 알 수 없는 경우 제조년월은 '0000-00', 제조번호는 '0', 제조회사는 '미확인'으로 입력

구입 세부사항
도입형태
구입일자

신·구 구분
구입금액
0 원

기타
설치장소
급여 적용일자
장비별 급여적용일자 산출기준

장비고유번호(신)
* 2012.7.1 특수의료장비 고유번호체계 개편 이후 부여받은 20자리 고유번호

장비고유번호(구)
* 특수의료장비 등록증명서 참고
* 2012.7.1 이전 특수의료장비 고유번호(7자리) 부여 받은 경우만 입력

입시저장
닫기

②-2 **바코드 부착 장비** 를 클릭하면
심사평가원에서 제작·배포한 바코드가
부착된 중고장비 구입 시 이용하는 메뉴
- 바코드(31자리) 입력 시 의료장비 품목
분류(장비번호), 식약처 허가정보, 제조사항
정보 등 자동 등록 가능
※ 바코드 관리장비(23종) 10p 참고

❖ 바코드 : 개별 장비 식별을 위하여 장비에
부착하는 코드로 표준코드(상품 식별을 위해
표준화한 GS1 코드체계)에 생산일자와 일련
번호를 추가한 GS1(Global Standard No. 1)-
128 체계

☞ 바코드 라벨 (샘플)

※ 보유기관 변동과 상관없이 부득이 한
경우를 제외하고 최초 부여된 바코드는
계속 유지하는 것이 원칙으로 양도·양수
시 바코드 라벨 제거 금지!!

20

(팝업) 바코드 장비 등록

※ 조회된 상세정보가 신고하려는 장비 정보와 다른 경우 "적용" 버튼을 클릭하여 수정하실 수 있습니다.
단, 식약처 허가(신고) 정보 및 제조연월 등 수정 시 바코드가 변경되어 새로운 바코드가 발급됩니다.

⑥ 적용 클릭

II. 세부 신고방법(신규신고 계속)

★(17) 화면명칭 : (팝업)의료장비 등록

(팝업)의료장비 등록

● 의료장비 품목분류 * 버튼을 누르면 해당 의료장비의 정보를 확인할 수 있습니다. [종합정보서비스](#)

장비 모델별 품목분류 * 버튼을 누른 후 식약처허가(신고) 모델의 품목분류를 조회하여 등록하시기 바랍니다.

바코드 부착 장비 * 우리원(심사평가원)에서 발급한 의료장비 바코드가 부착된 장비를 신고하실 때 이용하실 수 있습니다.

· 장비대분류	영상진단 · 방사선치료행위	· 대분류목적	방사선진단장비
· 품목분류	전산화단층촬영장치	· 품목세분류	전산화단층촬영장치(단일(single) 채널)
· 장비번호	B10801	· 방사선치료계획전용	<input type="radio"/> 예 <input checked="" type="radio"/> 아니요 ⑦

● 의료장비 정보

· 바코드 (01)0 8800010900961 (11) 040100 (21) 00060 · 바코드발급여부 ☒ Y ☐ N

* 바코드가 부착되어 있는 장비는 바코드를 입력하여 등록

· 식약처 정보조회 * 버튼을 누르면 별도 입력없이 식약처정보를 연계등록할 수 있습니다.

· 식약처 정보

· 모델명 Somatom Emotion · 허가(신고)번호 수허02-249호

· 제품명 전신용전산화단층촬영장치

· 제조년월 2004-01 · 제조번호 46298

* '진단용방사선발생장치'의 경우 신고증명서와 동일하게 입력
* 장비 제조사함을 알 수 없는 경우 제조년월은 '0000-00', 제조번호는 '0', 제조회사는 '미확인'으로 입력

· 제조회사 SIEMENS AG Medical Solutions G

· 구입세무사항

· 도입형태 · 구입일자

· 신규 구분 중고장비 · 구입금액 0 원 **⑧**
* 구입금액을 알 수 없는 경우 '0'으로 입력

· 설치장소 기타 · 계약종류 장비별 급여적용일자 산출기준

· 기타

· 장비고유번호(신) 51000000220040100001 * 2012.7.1 특수의료장비 고유번호체계 개편 이후 부여받은 20자리 고유번호

· 장비고유번호(구) 2531428 * 특수의료장비 등록증명서 참고 * 2012.7.1 이전 특수의료장비 고유번호(7자리) 부여 받은 경우만 입력

⑥ 의료장비 품목분류(장비번호), 바코드, 식약처 정보, 장비 제조사항, 장비고유번호(특수의료 장비 해당) 정보가 자동 저장됨

⑦ 방사선치료계획전용 CT (특수의료장비 제외)인 경우 "예" 로 수정

* 치료계획전용은 CT (B108**) 및 투시장치 (B102**) 등록 시에만 생성

⑧ 추가 입력

- 도입형태 : 구입/임차/기증 중 선택

- 구입일자 : 6자리(년도/월/일) 숫자 입력

- 구입금액 : 대한민국 통화(원화) 단위로 입력

* 금액을 모르거나 무상기증 받은 경우 '0' 입력

- 급여적용일자 : [장비별 급여적용일자 산출기준](#) 에 따라 입력 (17p 참조)

* 보건소에 설치 신고·등록하는 장비의 경우

[보건기관 신고내역조회](#) 버튼 활용 시 급여적용일자 자동생성 (12~14p 참조)

- 설치장소 : 중환자실/응급실/기타 중 선택

⑨ 자동 연계정보 등을 확인하여 오 등록 항목이 있는 경우 수정 후 [임시저장](#) 클릭

이후 '최종제출' 진행 상황은 18~19p 참고

⑨ [임시저장](#) [닫기](#)

II. 세부 신고방법

HIRA1

2. 변경신고(사용중지 신고 포함)

★(1) 화면명칭 : 현황변경(장비) 신고

요양기관 업무포털 서비스

현황변경(장비) 신고

요양기관 현황 조회 (a)

현황변경(장비) 신고 (1)

장비보유현황 (2)

장비번호	종목분류명	종목세분류명	일련번호	금여적용일자	표준코드	바코드	발급여부	작업명	제조사
A10100	오화학검사기	없음	1	1996-10-16				오화학 분석기	US-3100R
A10300	모세관전용점심분리기(헤드)	없음	1	1999-12-14				Centrifuge, Micro	UNION 99F
A10300	모세관전용점심분리기(헤드)	없음	2	1999-12-14				Centrifuge, Micro, Bench	5415C
A10300	모세관전용점심분리기(헤드)	없음	3	1999-12-14				Centrifuge, High Speed	J2 HS
A10300	모세관전용점심분리기(헤드)	없음	4	1999-12-14					

신고대상목록

순번	구분	장비번호	종목분류명	종목세분류명	모달명	표준코드	바코드	발급여부	작업일자	제조사

◆ 기 등록 장비현황 변경신고 방법

① 변경신고 화면 접속

- 좌측 화면 ▾ **의료장비 신고** 메뉴 중
· **현황변경(장비) 신고** 선택

- 우측 화면 ② ● **장비보유현황** 에서
기 등록 신고장비 현황 확인
(사용중지 장비는 조회되지 않음)

☞ 사용중지 장비는 ① ● **요양기관 현황 조회**
화면 내 장비현황에서 조회 가능

- ② ● **장비보유현황** 에서 변경신고 하려는
장비확인 후 ③ **해당 줄에 마우스를**
대고 더블 클릭하면 변경신고 화면 열림

II. 세부 신고방법(변경신고 계속-사용중지 신고 포함)

★(2) 화면명칭 : (팝업)의료장비 등록

(팝업)의료장비 등록

통합정보서비스

의료장비 품목분류

장비대분류: 영상진단·방사선치료행위 (가)
 품목분류: 전산화단층촬영장치 (가)
 장비번호: B10803

대분류목적: 방사선진단장비 (가)
 품목세분류: 전산화단층촬영장치(16채널 이상-64채널 미만)
 방사선치료계획전용 (4)-(a) 예

의료장비 정보

바코드 (나) (01)0 8800005900112 (11) 060700 (21) 00009 바코드발급여부 Y

* 바코드가 부착되어 있는 장비는 바코드를 입력하여 등록

④-(b) 식약처 정보조회 * 버튼을 누르면 별도 입력없이 식약처정보를 연계등록할 수 있습니다.

식약처정보: 모델명: Brilliance™ CT Big Bore 허가(신고)번호: 수허05-1200호
 제품명: 전산화단층촬영장치

④-(c) 제조년월: 2006-07 제조번호: 7093
 * '진단용방사선발생장치'의 경우 신고증명서와 동일하게 입력
 * 장비 제조사항을 알 수 없는 경우 제조년월은 '0000-00', 제조번호는 '0', 제조회사는 '미확인'으로 입력

제조회사: 필립스

④-(d) 도입형태: 구입 구입일자: 2006-09-01
 신·구 구분: 신장비 구입금액: 800,000,000 원

④-(e) 설치장소: 기타 적용일자: 2006-09-01 (다)
 장비고유번호(신): -
 장비고유번호(구): -

의료장비 사용중지 정보

사용중지구분: (4)-(f) 사용중지일자: -

⑤ 임시저장 닫기

④ 변경신고 내용 수정

- ④-(a)부터 ④-(f) 중 변경 필요항목 수정

※ (가)~(다)의 장비분류, 장비번호, 바코드, 급여적용일자는 변경신고 불가(해당정보 수정 등이 필요한 경우 심사평가원 관할 본·지원에 문의)

- #### ⑤ 정보수정이 완료되면 임시저장-닫기 순으로 클릭 후 18p~19p 최종제출 화면에서 내용 입력 후 클릭(신고절차 완료)

※ 장비 사용중지 신고(④-(f))

- 사용중지구분 (폐기, 양도, 이전, 사용중지, 기타) 중 사유 선택 및 사용중지일자 입력
- 임시저장-닫기 순으로 클릭 후 최종제출 (18~19p 참조)

❖ 장비분류, 장비번호를 수정하고자 하는 경우는 '사용중지 신고'와 '신규신고'를 동시에 하여야 한다.

- 사용중지구분(④-(f))은 '기타' 선택, 사용중지일자는 현재의 급여적용일자로 [사용중지 신고]를 하고,
- 동일 급여적용일자, 동일 바코드(바코드 발급 대상장비만 해당)로 [신규신고]를 하여야 한다.

❖ 급여적용일자를 수정하고자 하는 경우는 동일 급여적용일자로 [사용중지 신고]를 하고, 새로운 날짜로 [신규신고]를 하여야 한다.

II. 세부 신고방법(변경신고 계속-사용중지 신고 포함)

★(3) 화면명칭 : (팝업)모델별, 허가번호별 식약처 정보 조회

[illegible]

◆ 21p ④-(b) 식약처정보 수정 방법

- **식약처정보조회** 를 클릭하면 식약처 허가(신고) 정보 조회·등록 화면이 생성됨

① 조회조건 선택 및 검색어 입력

- ☞ 모델명/분류번호를 선택한 경우
- * 검색어 입력란(검색어를 입력하세요)에 모델명 또는 분류번호 입력
- ☞ 허가번호를 선택한 경우
- * 좌측 화면과 같이 해당 번호 입력

② 조회를 클릭하면 조건에 맞는 정보들이
하단에 생성됨

③ 조회정보 중 해당하는 줄을 더블 클릭함

- 21p 화면에 자동으로 입력됨

II. 세부 신고방법

3. 반송된 신고내용 재신고

★(1) 화면명칭 : 현황변경(장비) 신고

현황변경(장비) 신고목록 조회

요양기관 업무포털 서비스

로그아웃 | 마이페이지 | 공인인증센터 | 건강보험심사평가원 | 고객센터

한계금액 | 질병코드 | 질병분류코드 | 보험수가 | 치료재료

즐거찾기 | 심사정보 | 현황신고 | 신청 및 자료제출 | 진료비청구 | 평가 | 업무안내 GUIDE

현황신고 Present Report

- 요양기관 현황 조회
- 기호부여 신청
- 현황신고 및 변경
 - 기본/진료과목 신고
 - 사실신고
 - 인력신고
 - 의료장비 신고
 - 현황변경(장비) 신고목록 조회**
 - 현황변경(장비) 신고
 - 바코드 재발급 신청
 - 바코드 재발급 진행현황 조회
- 선택진료 의료기관 현황통보
- 폐업통보
- 입원환자식 운영현황
- 차등제
- 특수운영현황
- 외부기관 신고
- 장비검사결과신고
- 의료장비 종합정보 조회
- 기타 상세정보 신고

현황변경(장비) 신고목록 조회

접수일자 2011-09-26 ~ 2012-03-26

현황변경(장비) 신고목록

접수번호	요양기호	요양기관명	접수일자	처리상태	처리일자	보완요청 건	접수확인
2012A1			15:27:04	보완요청	6:34:51	1/1건	접수확인
2012A1			15:14:53	심사반영	6:34:16		접수내역
2012A1			15:12:21	심사반영	4:48:23		접수내역
2012A1			14:50:12	심사반영	4:44:44		접수내역
2012A1			14:07:39	심사반영	4:42:57		접수내역
2012A1			13:57:35	심사반영	4:41:12		접수내역
2012A1			18:31:46	심사반영	4:38:50		접수내역
2012A1			17:42:33	심사반영	4:33:35		접수내역
2012A1			15:25:18	보완요청	4:54:22	3/3건	접수내역
2012A1			14:42:26	심사반영	4:19:54		접수내역

300자 의견달기

진료비 청구 프로그램 | 모바일서비스 | 청구소프트웨어 검사인증제 | 알림서비스 다운로드 | 부록 다운로드 | 보안프로그램

Copyright 2010 by Health Insurance Review & Assessment Service. All rights reserved.
우편번호: 137-706 서울시 서초구 효령로 267 (서초동) 건강보험심사평가원

원격케어 요청 | 콜센터 1644-2000

◆ 반송된 신고내용 재신고 방법

- 요양기관에서 제출한 신고내용의 오류 등으로 심사평가원에서 신고내역을 반송한 경우 **현황변경(장비) 신고목록 조회** 화면에서 조회됨
 - 접수번호 전체 건이 아닌 오류 신고한 해당 장비만 반송
 - * 처리상태는 보완요청(②)으로 표시됨

② 처리상태 유형

- 작성 중** : 최종제출이 이루어지지 않고
요양기관에서 현황신고 작성 중
- 처리대기** : 현황신고 접수완료
- 처리 중** : 우리 원에서 처리 중
- 심사반영** : 현황신고 처리 및 우리 원 시스템에 반영 완료
- 처리완료** : 현황신고 처리완료, 우리 원 시스템에는 아직 미반영
- 보완요청** : 우리 원에서 반송
- 재접수완료** : 반송건 보완 후 재접수

- 접수확인 재작성클릭** 을 누르면 18p 화면으로 자동 이동(재신고 방법 동일)

III. 바코드 재발급 신청

1. 바코드 재발급 신청

현황신고
Present Report

요양기관 현황 조회
기호부에 신청
현황신고 및 변경
기본/진료과목 신고
사실신고
인력신고
의료장비 신고
현황변경(장비) 신고목록 조회
현황변경(장비) 신고
· 바코드 재발급 신청

바코드 재발급 신청

장비대분류 --선택하세요-- 대분류목적 --선택하세요--
종목분류 --선택하세요-- 종목세분류 --선택하세요--

재발급신청

장비번호	종목분류명	종목세분류명	일련번호	구매계약일자	포도코드	비코드	재발급 사유	재발급 사유 기타 내용
B10202	엑스선촬영, 투시장치	엑스선촬영 투시장치(다지일)	1	2008-07-15	9 (01)0880	Y		다지
B10801	전산화단층촬영장치	전산화단층촬영장치(단일(single))	2	2008-07-15	5 (01)0880	Y		전산
B10501	유방촬영용장치	유방촬영용장치(아날로그)	1	2002-10-28	9 (01)0880	Y		유방
B10401	치과방사선파노라마장치	치과방사선파노라마촬영장치(아)	1	2001-12-08	5 (01)0880	Y		치과
B30203	초음파영상진단기	혈동초음파영상진단기	1	2006-07-15	2 (01)0880	Y		초음
B30101	자기공명영상진단기	자기공명영상진단기(0.5테슬라)	1	2003-11-10	7 (01)0880	Y		자기

문의 : 담당부서 : 관할번호 : 주소 :

진료비 청구 프로그램 > 모바일서비스 > 청구소프트웨어 검사인증제 > 알림서비스 다운로드 > 계약 다운로드 > 포털프로그램 >

Copyright 2012 by HIRA Insurance System & Reinsurance Service. All rights reserved.
무연번호 : 1157-7066 서울사무소 : 367 (서울특별시 강남구 테헤란로) 건강보험심사평가원

문의 : 1644-2000

- ① · 바코드 재발급 신청 을 클릭
 - ② 바코드 발급 장비목록이 조회됨
 - ③ 분실 또는 훼손 등 기타 사유로 바코드 스티커를 재발급 받고자 하는 경우 해당 장비 줄에서 재발급 사유 선택
 - ④ 해당장비 좌측 ☐ 에 √ 체크
 - ⑤ 재발급신청을 클릭하면 신청 완료
- ☞ 바코드 발급 대상 장비 : 10p 참고

2. 바코드 재발급 진행현황 조회

[illegible]

- ◆ 바코드 재발급 진행상황은
 • 바코드 재발급 진행현황 조회 화면에서
 확인

별표) 의료장비현황 신고대상

검사행위 관련 장비

순번	장비코드	장비대분류명	장비대분류목적명	품목분류명	품목세분류명
1	A10100	검사행위 관련 장비	검체검사장비	요화학검사기	없음
2	A10200	검사행위 관련 장비	검체검사장비	요침사검사기	없음
3	A10300	검사행위 관련 장비	검체검사장비	모세관전용원심분리기(헤마토크리트 분리용)	없음
4	A10400	검사행위 관련 장비	검체검사장비	혈구검사기	없음
5	A10500	검사행위 관련 장비	검체검사장비	혈액응고검사기	없음
6	A10600	검사행위 관련 장비	검체검사장비	혈구응집검사기	없음
7	A10700	검사행위 관련 장비	검체검사장비	적혈구침강속도검사기	없음
8	A10800	검사행위 관련 장비	검체검사장비	혈소판기능검사기	없음
9	A10901	검사행위 관련 장비	검체검사장비	의료용광도계	분광광도계
10	A10902	검사행위 관련 장비	검체검사장비	의료용광도계	기타 광도계
11	A11001	검사행위 관련 장비	검체검사장비	혈액가스분석기	혈액가스분석 단독 기기
12	A11002	검사행위 관련 장비	검체검사장비	혈액가스분석기	혈액가스분석 및 CO-Oximeter 병용 기기
13	A11100	검사행위 관련 장비	검체검사장비	삼투압측정기	없음
14	A11200	검사행위 관련 장비	검체검사장비	임상화학검사기	없음
15	A11300	검사행위 관련 장비	검체검사장비	화학 및 면역 겸용검사기	없음
16	A11400	검사행위 관련 장비	검체검사장비	면역검사기	없음
17	A11500	검사행위 관련 장비	검체검사장비	방사면역검사기	없음
18	A11600	검사행위 관련 장비	검체검사장비	유세포분석검사기	없음
19	A11700	검사행위 관련 장비	검체검사장비	전기영동검사기	없음
20	A11801	검사행위 관련 장비	검체검사장비	크로마토그래피검사기	크로마토그래피검사 단독 기기
21	A11802	검사행위 관련 장비	검체검사장비	크로마토그래피검사기	크로마토그래피-질량분석기기
22	A11900	검사행위 관련 장비	검체검사장비	세균동정/항균제감수성 검사기	없음
23	A12000	검사행위 관련 장비	검체검사장비	혈액배양검사기	없음
24	A12100	검사행위 관련 장비	검체검사장비	핵산증폭검사기	없음
25	A12200	검사행위 관련 장비	검체검사장비	유전자진호증폭검사기	없음
26	A12300	검사행위 관련 장비	검체검사장비	마이크로어레이형광스캐너	없음
27	A12400	검사행위 관련 장비	검체검사장비	교잡포획검사기	없음
28	A12500	검사행위 관련 장비	검체검사장비	염기서열검사기	없음
29	A12600	검사행위 관련 장비	검체검사장비	염색체핵형검사기	없음
30	A12700	검사행위 관련 장비	검체검사장비	분변잠혈검사기	없음

별표) 의료장비현황 신고대상

검사행위 관련 장비

순번	장비코드	장비대분류명	장비대분류목적명	품목분류명	품목세분류명
31	A20101	검사행위 관련 장비	기능검사장비	근전도검사기	근전도검사 단독기기
32	A20102	검사행위 관련 장비	기능검사장비	근전도검사기	근전도 및 유발전위검사 병용 기기
33	A20200	검사행위 관련 장비	기능검사장비	유발전위검사기	없음
34	A20300	검사행위 관련 장비	기능검사장비	자장자극기(운동유발전위검사용)	없음
35	A20400	검사행위 관련 장비	기능검사장비	호흡기능검사기	없음
36	A20501	검사행위 관련 장비	기능검사장비	심전도기	심전도검사 단독 기기
37	A20502	검사행위 관련 장비	기능검사장비	심전도기	심전도 및 호흡기능검사 병용 기기
38	A20600	검사행위 관련 장비	기능검사장비	심전도감시기	없음
39	A20700	검사행위 관련 장비	기능검사장비	홀터감시기	없음
40	A20801	검사행위 관련 장비	기능검사장비	뇌파검사기	뇌파검사기(아날로그 18채널 미만)
41	A20802	검사행위 관련 장비	기능검사장비	뇌파검사기	뇌파검사기(아날로그 18채널 이상)
42	A20803	검사행위 관련 장비	기능검사장비	뇌파검사기	뇌파검사기(디지털 18채널 미만)
43	A20804	검사행위 관련 장비	기능검사장비	뇌파검사기	뇌파검사기(디지털 18채널 이상-64채널 미만)
44	A20805	검사행위 관련 장비	기능검사장비	뇌파검사기	뇌파검사기(디지털 64채널 이상)
45	A20900	검사행위 관련 장비	기능검사장비	보행뇌파검사기	없음
46	A21001	검사행위 관련 장비	기능검사장비	안저촬영기	안저촬영 단독 기기
47	A21002	검사행위 관련 장비	기능검사장비	안저촬영기	안저 및 혈관안저촬영 병용 기기
48	A21100	검사행위 관련 장비	기능검사장비	안구광학단출촬영기	없음
49	A21201	검사행위 관련 장비	기능검사장비	안압계	접촉성안압계(압평형)
50	A21202	검사행위 관련 장비	기능검사장비	안압계	비접촉성안압계(공기분사형)
51	A21301	검사행위 관련 장비	기능검사장비	전안부촬영기	전안부촬영 단독 기기
52	A21302	검사행위 관련 장비	기능검사장비	전안부촬영기	전안부 및 사인플러그촬영 병용 기기
53	A21401	검사행위 관련 장비	기능검사장비	시야검사기	수동시야검사기
54	A21402	검사행위 관련 장비	기능검사장비	시야검사기	자동시야검사기
55	A21500	검사행위 관련 장비	기능검사장비	망막전기생리검사기구	없음
56	A21600	검사행위 관련 장비	기능검사장비	각막내피세포검사기구	없음
57	A21700	검사행위 관련 장비	기능검사장비	색각검사기	없음
58	A21800	검사행위 관련 장비	기능검사장비	굴절 및 조절검사기	없음
59	A21900	검사행위 관련 장비	기능검사장비	안내형광분석기	없음
60	A22000	검사행위 관련 장비	기능검사장비	초음파각막두께측정기	없음

별표) 의료장비현황 신고대상

검사행위 관련 장비

순번	장비코드	장비대분류명	장비대분류목적명	품목분류명	품목세분류명
61	A22100	검사행위 관련 장비	기능검사장비	전산화각막형태검사기	없음
62	A22200	검사행위 관련 장비	기능검사장비	순음청력검사기	없음
63	A22301	검사행위 관련 장비	기능검사장비	임피던스청력검사기	임피던스청력검사 단독 기기
64	A22302	검사행위 관련 장비	기능검사장비	임피던스청력검사기	임피던스 및 순음청력검사 병용 기기
65	A22400	검사행위 관련 장비	기능검사장비	이음향방사검사기	없음
66	A22500	검사행위 관련 장비	기능검사장비	비기압계	없음
67	A22600	검사행위 관련 장비	기능검사장비	수면다원검사기	없음
68	A22700	검사행위 관련 장비	기능검사장비	요류역학검사기	없음
69	A22800	검사행위 관련 장비	기능검사장비	방광내압(요관계통)측정기	없음
70	A22900	검사행위 관련 장비	기능검사장비	기립경사테이블	없음
71	A23001	검사행위 관련 장비	기능검사장비	위전도기기	위전도검사 단독 기기
72	A23002	검사행위 관련 장비	기능검사장비	위전도기기	위전도 및 위장관내압검사 병용 기기
73	A23100	검사행위 관련 장비	기능검사장비	위장관내압검사기	없음
74	A23200	검사행위 관련 장비	기능검사장비	보행성식도산도측정기	없음
75	A23300	검사행위 관련 장비	기능검사장비	비침습적 심기능측정기	없음
76	A23400	검사행위 관련 장비	기능검사장비	자궁경부확대촬영기	없음
77	A23500	검사행위 관련 장비	기능검사장비	인공와우조절검사기	없음
78	A23601	검사행위 관련 장비	기능검사장비	전기안전검사기	전기안전검사 단독 기기
79	A23602	검사행위 관련 장비	기능검사장비	전기안전검사기	전기안전 및 비디오전기안전검사 병용 기기
80	A23700	검사행위 관련 장비	기능검사장비	비디오전기안전검사기	없음
81	A23801	검사행위 관련 장비	기능검사장비	회전의자검사기	회전의자검사 단독 기기
82	A23802	검사행위 관련 장비	기능검사장비	회전의자검사기	회전의자 및 전기안전검사 병용 기기
83	A23803	검사행위 관련 장비	기능검사장비	회전의자검사기	회전의자 및 비디오전기안전검사 병용 기기
84	A23804	검사행위 관련 장비	기능검사장비	회전의자검사기	회전의자 및 비디오전기안전, 전기안전검사 병용 기기
85	A23900	검사행위 관련 장비	기능검사장비	동적체평형검사기	없음
86	A24001	검사행위 관련 장비	기능검사장비	분만감시기	분만감시 단독 기기
87	A24002	검사행위 관련 장비	기능검사장비	분만감시기	분만감시 및 태아심음검사 병용 기기
88	A24100	검사행위 관련 장비	기능검사장비	태아심음검사기	없음
89	A24200	검사행위 관련 장비	기능검사장비	심박동기시스템 전기적 분석기	없음
90	A24300	검사행위 관련 장비	기능검사장비	지속적 혈압측정기	없음

별표) 의료장비현황 신고대상

검사행위 관련 장비

순번	장비코드	장비대분류명	장비대분류목적명	품목분류명	품목세분류명
91	A24400	검사행위 관련 장비	기능검사장비	혈액화학 갑상선기능검사기	없음
92	A24500	검사행위 관련 장비	기능검사장비	뇌자기 기능적지도화검사기	없음
93	A24600	검사행위 관련 장비	기능검사장비	적외선체열진단기	없음
94	A30101	검사행위 관련 장비	내시경 천자생검장비	관절경	경성 관절경
95	A30102	검사행위 관련 장비	내시경 천자생검장비	관절경	연성 관절경
96	A30201	검사행위 관련 장비	내시경 천자생검장비	기관지경	경성 기관지경
97	A30202	검사행위 관련 장비	내시경 천자생검장비	기관지경	연성 기관지경
98	A30301	검사행위 관련 장비	내시경 천자생검장비	흉강경, 종격동경	경성 흉강경, 종격동경
99	A30302	검사행위 관련 장비	내시경 천자생검장비	흉강경, 종격동경	연성 흉강경, 종격동경
100	A30401	검사행위 관련 장비	내시경 천자생검장비	식도 위 십이지장경	경성 식도 위 십이지장경
101	A30402	검사행위 관련 장비	내시경 천자생검장비	식도 위 십이지장경	연성 식도 위 십이지장경
102	A30501	검사행위 관련 장비	내시경 천자생검장비	에스상 결장경	경성 에스상결장경
103	A30502	검사행위 관련 장비	내시경 천자생검장비	에스상 결장경	연성 에스상결장경
104	A30601	검사행위 관련 장비	내시경 천자생검장비	복강경	경성 복강경
105	A30602	검사행위 관련 장비	내시경 천자생검장비	복강경	연성 복강경
106	A30701	검사행위 관련 장비	내시경 천자생검장비	방광경	경성 방광경
107	A30702	검사행위 관련 장비	내시경 천자생검장비	방광경	연성 방광경
108	A30801	검사행위 관련 장비	내시경 천자생검장비	요도경	경성 요도경
109	A30802	검사행위 관련 장비	내시경 천자생검장비	요도경	연성 요도경
110	A30901	검사행위 관련 장비	내시경 천자생검장비	요관경	경성 요관경
111	A30902	검사행위 관련 장비	내시경 천자생검장비	요관경	연성 요관경
112	A31001	검사행위 관련 장비	내시경 천자생검장비	신내시경	경성 신내시경
113	A31002	검사행위 관련 장비	내시경 천자생검장비	신내시경	연성 신내시경
114	A31101	검사행위 관련 장비	내시경 천자생검장비	유관경	경성 유관경
115	A31102	검사행위 관련 장비	내시경 천자생검장비	유관경	연성 유관경
116	A31200	검사행위 관련 장비	내시경 천자생검장비	후두경	없음
117	A31300	검사행위 관련 장비	내시경 천자생검장비	후두미세진동검사기	없음
118	A31400	검사행위 관련 장비	내시경 천자생검장비	고설내시경	없음
119	A31500	검사행위 관련 장비	내시경 천자생검장비	담도경	없음
120	A31600	검사행위 관련 장비	내시경 천자생검장비	역행성 담췌관조영용 내시경	없음

검사행위 관련 장비

순번	장비코드	장비대분류명	장비대분류목적명	품목분류명	품목세분류명
121	A31700	검사행위 관련 장비	내시경 천자생검장비	골반경	없음
122	A31800	검사행위 관련 장비	내시경 천자생검장비	자궁경	없음
123	A31900	검사행위 관련 장비	내시경 천자생검장비	질확대경	없음
124	A32000	검사행위 관련 장비	내시경 천자생검장비	결장경	없음
125	A32100	검사행위 관련 장비	내시경 천자생검장비	직장경	없음
126	A32200	검사행위 관련 장비	내시경 천자생검장비	진공보조유방조직생검기	없음

별표) 의료장비현황 신고대상

영상진단 · 방사선 치료행위 관련 장비

순번	장비코드	장비대분류명	장비대분류목적명	품목분류명	품목세분류명
127	B10101	영상진단 · 방사선치료행위 관련 장비	방사선진단장비	일반엑스선촬영장치	일반엑스선촬영장치(아날로그)
128	B10102	영상진단 · 방사선치료행위 관련 장비	방사선진단장비	일반엑스선촬영장치	일반엑스선촬영장치(디지털)
129	B10201	영상진단 · 방사선치료행위 관련 장비	방사선진단장비	엑스선촬영, 투시장치	엑스선촬영 투시장치(아날로그)
130	B10202	영상진단 · 방사선치료행위 관련 장비	방사선진단장비	엑스선촬영, 투시장치	엑스선촬영 투시장치(디지털)
131	B10301	영상진단 · 방사선치료행위 관련 장비	방사선진단장비	치과용방사선촬영장치	치과용방사선촬영장치(아날로그)
132	B10302	영상진단 · 방사선치료행위 관련 장비	방사선진단장비	치과용방사선촬영장치	치과용방사선촬영장치(디지털)
133	B10401	영상진단 · 방사선치료행위 관련 장비	방사선진단장비	치과방사선파노라마장치	치과방사선파노라마촬영장치(아날로그)
134	B10402	영상진단 · 방사선치료행위 관련 장비	방사선진단장비	치과방사선파노라마장치	치과방사선파노라마촬영장치(디지털)
135	B10501	영상진단 · 방사선치료행위 관련 장비	방사선진단장비	유방촬영용장치	유방촬영용장치(아날로그)
136	B10502	영상진단 · 방사선치료행위 관련 장비	방사선진단장비	유방촬영용장치	유방촬영용장치(디지털)
137	B10601	영상진단 · 방사선치료행위 관련 장비	방사선진단장비	C-Arm형 엑스선장치	C-Arm형 엑스선장치(아날로그)
138	B10602	영상진단 · 방사선치료행위 관련 장비	방사선진단장비	C-Arm형 엑스선장치	C-Arm형 엑스선장치(디지털)
139	B10701	영상진단 · 방사선치료행위 관련 장비	방사선진단장비	혈관조영촬영장치	혈관조영촬영장치(single plane, 아날로그)
140	B10702	영상진단 · 방사선치료행위 관련 장비	방사선진단장비	혈관조영촬영장치	혈관조영촬영장치(single plane, 디지털)
141	B10703	영상진단 · 방사선치료행위 관련 장비	방사선진단장비	혈관조영촬영장치	혈관조영촬영장치(Biplane, 아날로그)
142	B10704	영상진단 · 방사선치료행위 관련 장비	방사선진단장비	혈관조영촬영장치	혈관조영촬영장치(Biplane, 디지털)
143	B10801	영상진단 · 방사선치료행위 관련 장비	방사선진단장비	전산화단층촬영장치	전산화단층촬영장치(단일(single) 채널)
144	B10802	영상진단 · 방사선치료행위 관련 장비	방사선진단장비	전산화단층촬영장치	전산화단층촬영장치(2채널 이상-16채널 미만)
145	B10803	영상진단 · 방사선치료행위 관련 장비	방사선진단장비	전산화단층촬영장치	전산화단층촬영장치(16채널 이상-64채널 미만)
146	B10804	영상진단 · 방사선치료행위 관련 장비	방사선진단장비	전산화단층촬영장치	전산화단층촬영장치(64채널 이상-256채널 미만)
147	B10805	영상진단 · 방사선치료행위 관련 장비	방사선진단장비	전산화단층촬영장치	전산화단층촬영장치(256채널 이상)
148	B10901	영상진단 · 방사선치료행위 관련 장비	방사선진단장비	콘 빔(Cone beam) CT	콘 빔(Cone beam) CT 단독 장치
149	B10902	영상진단 · 방사선치료행위 관련 장비	방사선진단장비	콘 빔(Cone beam) CT	콘 빔(Cone beam) CT 및 치과 파노라마촬영 병용 장치
150	B10903	영상진단 · 방사선치료행위 관련 장비	방사선진단장비	콘 빔(Cone beam) CT	콘 빔(Cone beam) CT 및 치과 일반촬영 병용 장치
151	B10904	영상진단 · 방사선치료행위 관련 장비	방사선진단장비	콘 빔(Cone beam) CT	콘 빔(Cone beam) CT 및 치과 파노라마촬영, 세팔로촬영 병용 장치
152	B20101	영상진단 · 방사선치료행위 관련 장비	핵의학 진단 · 골밀도검사 장비	양전자단층촬영장치	양전자단층촬영장치
153	B20102	영상진단 · 방사선치료행위 관련 장비	핵의학 진단 · 골밀도검사 장비	양전자단층촬영장치	양전자단층촬영장치
154	B20103	영상진단 · 방사선치료행위 관련 장비	핵의학 진단 · 골밀도검사 장비	양전자단층촬영장치	양전자단층촬영장치
155	B20201	영상진단 · 방사선치료행위 관련 장비	핵의학 진단 · 골밀도검사 장비	감마카메라	감마카메라-스캔 단독기기
156	B20202	영상진단 · 방사선치료행위 관련 장비	핵의학 진단 · 골밀도검사 장비	감마카메라	감마카메라-스캔 및 스펙트 병용기기
157	B20203	영상진단 · 방사선치료행위 관련 장비	핵의학 진단 · 골밀도검사 장비	감마카메라	감마카메라-스펙트전산화단층촬영장치

별표) 의료장비현황 신고대상

영상진단 · 방사선 치료행위 관련 장비

순번	장비코드	장비대분류명	장비대분류목적명	품목분류명	품목세분류명
152	B20101	영상진단 · 방사선치료행위 관련 장비	핵의학 진단 · 골밀도검사 장비	양전자단층촬영장치	양전자방출단층촬영장치
153	B20102	영상진단 · 방사선치료행위 관련 장비	핵의학 진단 · 골밀도검사 장비	양전자단층촬영장치	양전자방출전산화단층촬영장치
154	B20103	영상진단 · 방사선치료행위 관련 장비	핵의학 진단 · 골밀도검사 장비	양전자단층촬영장치	양전자방출단층촬영 및 자기공명영상진단 조합 기기
155	B20201	영상진단 · 방사선치료행위 관련 장비	핵의학 진단 · 골밀도검사 장비	감마카메라	감마카메라-스캔 단독기기
156	B20202	영상진단 · 방사선치료행위 관련 장비	핵의학 진단 · 골밀도검사 장비	감마카메라	감마카메라-스캔 및 스펙트 병용기기
157	B20203	영상진단 · 방사선치료행위 관련 장비	핵의학 진단 · 골밀도검사 장비	감마카메라	감마카메라-스펙트전산화단층촬영장치
158	B20301	영상진단 · 방사선치료행위 관련 장비	핵의학 진단 · 골밀도검사 장비	골밀도검사기	양방사선(광자) 골밀도 검사기(Dual-Energy (Photon) Absorptiometry)
159	B20302	영상진단 · 방사선치료행위 관련 장비	핵의학 진단 · 골밀도검사 장비	골밀도검사기	정량적 전산화 단층 골밀도(QCT or PQCT) 검사기
160	B20303	영상진단 · 방사선치료행위 관련 장비	핵의학 진단 · 골밀도검사 장비	골밀도검사기	단광자 골밀도 검사기(SPA)
161	B20304	영상진단 · 방사선치료행위 관련 장비	핵의학 진단 · 골밀도검사 장비	골밀도검사기	양방사선 말단 골밀도 검사기(PDEXA)
162	B20305	영상진단 · 방사선치료행위 관련 장비	핵의학 진단 · 골밀도검사 장비	골밀도검사기	단에너지 골밀도 검사기(SXA)
163	B20306	영상진단 · 방사선치료행위 관련 장비	핵의학 진단 · 골밀도검사 장비	골밀도검사기	초음파 골밀도 검사기(QUS)
164	B20307	영상진단 · 방사선치료행위 관련 장비	핵의학 진단 · 골밀도검사 장비	골밀도검사기	방사선 흡수 골밀도 검사기
165	B30101	영상진단 · 방사선치료행위 관련 장비	기타 영상진단 등 장비	자기공명영상진단기	자기공명영상진단기(0.5테슬라 미만)
166	B30102	영상진단 · 방사선치료행위 관련 장비	기타 영상진단 등 장비	자기공명영상진단기	자기공명영상진단기(0.5테슬라 이상 - 1.5테슬라 미만)
167	B30103	영상진단 · 방사선치료행위 관련 장비	기타 영상진단 등 장비	자기공명영상진단기	자기공명영상진단기(1.5테슬라 이상 - 3.0테슬라 미만)
168	B30104	영상진단 · 방사선치료행위 관련 장비	기타 영상진단 등 장비	자기공명영상진단기	자기공명영상진단기(3.0테슬라 이상)
169	B30201	영상진단 · 방사선치료행위 관련 장비	기타 영상진단 등 장비	초음파영상진단기	안과전용초음파영상진단기
170	B30202	영상진단 · 방사선치료행위 관련 장비	기타 영상진단 등 장비	초음파영상진단기	뇌혈류측정전용초음파영상진단기
171	B30203	영상진단 · 방사선치료행위 관련 장비	기타 영상진단 등 장비	초음파영상진단기	범용초음파영상진단기
172	B30300	영상진단 · 방사선치료행위 관련 장비	기타 영상진단 등 장비	영상저장 및 전송시스템(Full PACS)	없음
173	B30400	영상진단 · 방사선치료행위 관련 장비	기타 영상진단 등 장비	컴퓨터영상처리장치	없음
174	B30500	영상진단 · 방사선치료행위 관련 장비	기타 영상진단 등 장비	디지털영상처리장치	없음
175	B40100	영상진단 · 방사선치료행위 관련 장비	방사선치료장비	선형가속기	없음
176	B40200	영상진단 · 방사선치료행위 관련 장비	방사선치료장비	후장전치료기	없음
177	B40300	영상진단 · 방사선치료행위 관련 장비	방사선치료장비	감마나이프	없음
178	B40400	영상진단 · 방사선치료행위 관련 장비	방사선치료장비	사이버나이프	없음
179	B40500	영상진단 · 방사선치료행위 관련 장비	방사선치료장비	토모테라피	없음
180	B40600	영상진단 · 방사선치료행위 관련 장비	방사선치료장비	중성자치료기	없음
181	B40700	영상진단 · 방사선치료행위 관련 장비	방사선치료장비	양성자치료기	없음
182	B40800	영상진단 · 방사선치료행위 관련 장비	방사선치료장비	혈액방사선조사기	없음

별표) 의료장비현황 신고대상

이학요법행위 관련 장비

순번	장비코드	장비대분류명	장비대분류목적명	품목분류명	품목세분류명
183	C10100	이학요법행위 관련 장비	기본물리치료장비	적외선조사기	없음
184	C10200	이학요법행위 관련 장비	기본물리치료장비	냉공기치료기	없음
185	C10300	이학요법행위 관련 장비	기본물리치료장비	자외선치료기	없음
186	C10400	이학요법행위 관련 장비	기본물리치료장비	초음파치료기	없음
187	C10500	이학요법행위 관련 장비	기본물리치료장비	초단파치료기	없음
188	C10600	이학요법행위 관련 장비	기본물리치료장비	극초단파치료기	없음
189	C10700	이학요법행위 관련 장비	기본물리치료장비	의료용전자기발생기	없음
190	C10801	이학요법행위 관련 장비	기본물리치료장비	저주파자극기	(TENS, ICT, SSP, EDIT) 단독 및 병용 기기
191	C10802	이학요법행위 관련 장비	기본물리치료장비	저주파자극기	(TENS, ICT, SSP, EDIT) 및 (EST) 병용 기기
192	C10803	이학요법행위 관련 장비	기본물리치료장비	저주파자극기	전기자극치료(EST) 단독 기기
193	C20100	이학요법행위 관련 장비	단순재활치료장비	파라핀욕치료기	없음
194	C20200	이학요법행위 관련 장비	단순재활치료장비	종기욕치료기	없음
195	C20300	이학요법행위 관련 장비	단순재활치료장비	정규욕조	없음
196	C20400	이학요법행위 관련 장비	단순재활치료장비	대조욕조	없음
197	C20501	이학요법행위 관련 장비	단순재활치료장비	월플욕조	월플욕조(수족지용)
198	C20502	이학요법행위 관련 장비	단순재활치료장비	월플욕조	월플욕조(전신용)
199	C20600	이학요법행위 관련 장비	단순재활치료장비	하버드 탱크	없음
200	C20700	이학요법행위 관련 장비	단순재활치료장비	유속치료기	없음
201	C20800	이학요법행위 관련 장비	단순재활치료장비	간헐적견인치료기	없음
202	C20900	이학요법행위 관련 장비	단순재활치료장비	레이저치료기	없음
203	C21000	이학요법행위 관련 장비	단순재활치료장비	지속적수동운동기	없음
204	C21101	이학요법행위 관련 장비	단순재활치료장비	등속성운동치료기	등속성운동치료 단독 기기
205	C21102	이학요법행위 관련 장비	단순재활치료장비	등속성운동치료기	등속성운동치료 및 등속성운동기능검사 병용 기기
206	C21200	이학요법행위 관련 장비	단순재활치료장비	파동형공기압치료기	없음
207	C21300	이학요법행위 관련 장비	단순재활치료장비	이온삼투요법기	없음
208	C21400	이학요법행위 관련 장비	단순재활치료장비	의료용조합자극기	없음
209	C30101	이학요법행위 관련 장비	전문재활치료장비	플치료기	보행플치료기
210	C30102	이학요법행위 관련 장비	전문재활치료장비	플치료기	전신플치료기
211	C30200	이학요법행위 관련 장비	전문재활치료장비	기능적전기자극치료기	없음
212	C30300	이학요법행위 관련 장비	전문재활치료장비	기능적연하장애헤전기자극기	없음

이학요법행위 관련 장비

순번	장비코드	장비대분류명	장비대분류목적명	품목분류명	품목세분류명
213	C40100	이학요법행위 관련 장비	기타 이학요법장비	간헐적양압흡입기	없음
214	C40200	이학요법행위 관련 장비	기타 이학요법장비	광선요법기	없음
215	C40300	이학요법행위 관련 장비	기타 이학요법장비	의료용공기분사침대	없음
216	C40400	이학요법행위 관련 장비	기타 이학요법장비	고빈도 홀백진동기	없음
217	C40500	이학요법행위 관련 장비	기타 이학요법장비	항문직장 및 골반근치료용 바이오피드백장비	없음
218	C40601	이학요법행위 관련 장비	기타 이학요법장비	비이식형 배뇨억제기	비이식형 전기배뇨억제기(자기장) 단독 기기
219	C40602	이학요법행위 관련 장비	기타 이학요법장비	비이식형 배뇨억제기	비이식형 전기배뇨억제(전기) 단독 기기
220	C40603	이학요법행위 관련 장비	기타 이학요법장비	비이식형 배뇨억제기	비이식형 전기배뇨억제(전기) 및 항문직장?골반근치료용 바이오피드백 병용 기기

별표) 의료장비현황 신고대상

처치·수술행위 관련 장비

순번	장비코드	장비대분류명	장비대분류목적명	품목분류명	품목세분류명
221	D10100	처치·수술행위 관련 장비	마취장비	전신마취기	없음
222	D20100	처치·수술행위 관련 장비	처치·수술장비	보육기	없음
223	D20201	처치·수술행위 관련 장비	처치·수술장비	인공호흡기	인공호흡기 단독 기기
224	D20202	처치·수술행위 관련 장비	처치·수술장비	인공호흡기	인공호흡기 및 간헐적양압흡입 병용 기기
225	D20300	처치·수술행위 관련 장비	처치·수술장비	고압산소치료기	없음
226	D20400	처치·수술행위 관련 장비	처치·수술장비	산소텐트	없음
227	D20500	처치·수술행위 관련 장비	처치·수술장비	제세동기	없음
228	D20600	처치·수술행위 관련 장비	처치·수술장비	인공심폐순환기	없음
229	D20700	처치·수술행위 관련 장비	처치·수술장비	부분체외순환기	없음
230	D20800	처치·수술행위 관련 장비	처치·수술장비	대동맥내풍선펌프기	없음
231	D20900	처치·수술행위 관련 장비	처치·수술장비	혈액성분체집기	없음
232	D21001	처치·수술행위 관련 장비	처치·수술장비	레이저수술기	레이저수술기(KTP레이저)
233	D21002	처치·수술행위 관련 장비	처치·수술장비	레이저수술기	레이저수술기(홀뮴(Holmium)레이저)
234	D21003	처치·수술행위 관련 장비	처치·수술장비	레이저수술기	레이저수술기(색소(Pulsed dye)레이저)
235	D21004	처치·수술행위 관련 장비	처치·수술장비	레이저수술기	기타 매질
236	D21005	처치·수술행위 관련 장비	처치·수술장비	레이저수술기	레이저수술기(툴륨(Thulium) 레이저)
237	D21100	처치·수술행위 관련 장비	처치·수술장비	안과용 레이저수술기	없음
238	D21201	처치·수술행위 관련 장비	처치·수술장비	체외충격파쇄석기	투시장치 부착 기기(마그네틱 방식)
239	D21202	처치·수술행위 관련 장비	처치·수술장비	체외충격파쇄석기	투시장치 부착 기기(전극 방식)
240	D21203	처치·수술행위 관련 장비	처치·수술장비	체외충격파쇄석기	투시장치 부착 기기(피에조 방식)
241	D21204	처치·수술행위 관련 장비	처치·수술장비	체외충격파쇄석기	투시장치 미부착 기기(마그네틱 방식)
242	D21205	처치·수술행위 관련 장비	처치·수술장비	체외충격파쇄석기	투시장치 미부착 기기(전극 방식)
243	D21206	처치·수술행위 관련 장비	처치·수술장비	체외충격파쇄석기	투시장치 미부착 기기(피에조 방식)
244	D21301	처치·수술행위 관련 장비	처치·수술장비	전립선온열치료기	전립선온열치료기(Prostron)
245	D21302	처치·수술행위 관련 장비	처치·수술장비	전립선온열치료기	전립선온열치료기(Prostatacare)
246	D21303	처치·수술행위 관련 장비	처치·수술장비	전립선온열치료기	전립선온열치료기(ND Yag Laser)
247	D21304	처치·수술행위 관련 장비	처치·수술장비	전립선온열치료기	전립선온열치료기(Diode Laser)
248	D21305	처치·수술행위 관련 장비	처치·수술장비	전립선온열치료기	전립선온열치료기(TUNA)
249	D21306	처치·수술행위 관련 장비	처치·수술장비	전립선온열치료기	전립선온열치료기(Thermex I)
250	D21307	처치·수술행위 관련 장비	처치·수술장비	전립선온열치료기	전립선온열치료기(Thermex II)
251	D21308	처치·수술행위 관련 장비	처치·수술장비	전립선온열치료기	전립선온열치료기(Microfocus)
252	D21309	처치·수술행위 관련 장비	처치·수술장비	전립선온열치료기	전립선온열치료기(Prostacare)
253	D21310	처치·수술행위 관련 장비	처치·수술장비	전립선온열치료기	전립선온열치료기(Proststhermer)
254	D21311	처치·수술행위 관련 장비	처치·수술장비	전립선온열치료기	전립선온열치료기(Primus)
255	D21312	처치·수술행위 관련 장비	처치·수술장비	전립선온열치료기	전립선온열치료기(BSD50)
256	D21313	처치·수술행위 관련 장비	처치·수술장비	전립선온열치료기	전립선온열치료기(Tempro)

별표) 의료장비현황 신고대상

처치·수술행위 관련 장비

순번	장비코드	장비대분류명	장비대분류목적명	품목분류명	품목세분류명
257	D21400	처치·수술행위 관련 장비	처치·수술장비	인공신장기	없음
258	D21500	처치·수술행위 관련 장비	처치·수술장비	초고속혈액주입기	없음
259	D21600	처치·수술행위 관련 장비	처치·수술장비	전기충격요법기	없음
260	D21700	처치·수술행위 관련 장비	처치·수술장비	저체온요법기	없음
261	D21800	처치·수술행위 관련 장비	처치·수술장비	전기수력충격쇄석기	없음
262	D21900	처치·수술행위 관련 장비	처치·수술장비	로봇수술기	없음
263	D22000	처치·수술행위 관련 장비	처치·수술장비	고강도집속형초음파수술기	없음
264	D22100	처치·수술행위 관련 장비	처치·수술장비	체외충격파치료기	없음

치과행위 관련 장비

순번	장비코드	장비대분류명	장비대분류목적명	품목분류명	품목세분류명
265	E10100	치과행위 관련 장비	치과검사장비	치수진단기	없음
266	E10200	치과행위 관련 장비	치과검사장비	치과근관장측정기	없음
267	E10300	치과행위 관련 장비	치과검사장비	치과용교합분석기	없음
268	E10401	치과행위 관련 장비	치과검사장비	하악운동궤적검사기	하악운동궤적검사 단독 기기
269	E10402	치과행위 관련 장비	치과검사장비	하악운동궤적검사기	하악운동궤적 및 관절음도검사 병용 기기
270	E10500	치과행위 관련 장비	치과검사장비	관절음도검사기	없음
271	E20100	치과행위 관련 장비	치과치료장비	광중합기	없음

별표) 의료장비현황 신고대상

한방행위 관련 장비

순번	장비코드	장비대분류명	장비대분류목적명	품목분류명	품목세분류명
272	F10100	한방행위 관련 장비	한방검사장비	양도락기	없음
273	F10200	한방행위 관련 장비	한방검사장비	맥전도기	없음
274	F10300	한방행위 관련 장비	한방검사장비	색채요법기	없음
275	F10400	한방행위 관련 장비	한방검사장비	맥파기	없음
276	F10500	한방행위 관련 장비	한방검사장비	가속도맥파기	없음
277	F10600	한방행위 관련 장비	한방검사장비	경락기능검사기	없음
278	F10700	한방행위 관련 장비	한방검사장비	전산화팔강검사기	없음
279	F10800	한방행위 관련 장비	한방검사장비	수양명경경락기능검사기	없음
280	F20100	한방행위 관련 장비	한방치료장비	추나치료대	없음
281	F20200	한방행위 관련 장비	한방치료장비	적외선조사기	없음
282	F20300	한방행위 관련 장비	한방치료장비	레이저침술기	없음
283	F20400	한방행위 관련 장비	한방치료장비	전기침술기	없음
284	F20500	한방행위 관련 장비	한방치료장비	전자침술기	없음



감사합니다!